



NAJČASTEJŠIE ZISTENÉ NEDOSTATKY PRI KONTROLÁCH SLOVENSKÉHO METROLOGICKÉHO INŠPEKTORÁTU

1.) Kontroly v oblasti určených meradiel (ďalej len „UM“), váhy s neautomatickou činnosťou, tlakomer na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel, momentový kľúč, tlakomery na meranie tlaku krvi, drevený meter:

- používanie UM bez overenia,
- nepoužívanie UM,
- nevedenie evidencie používaných UM.

2.) Kontroly registrovaných osôb (ďalej len „RO“):

- nenahlásenie zmien - sídlo dozorovanej osoby alebo adresy prevádzky a zmenu zástupcu RO,
- neoznámenie ukončenia činnosti RO,
- zamestnávanie zástupcu RO, ktorý nemá platný certifikát v oblasti metrologie,
- neaktuálny dokumentovaný systém práce,
- pri spotrebiteľskom balení „e“ balenie bez registrácie,
- nezabezpečená nadväznosť kalibrácie alebo overenia etalónu.

3.) Kontroly autorizovaných osôb:

- nezabezpečená nadväznosť kalibrácie alebo overenia etalónu alebo meradla,
- nenahlásená zmena alebo vyradenie etalónového vybavenia,
- nedostatočný dokumentovaný systém práce,
- zamestnávanie zástupcu autorizovanej osoby, ktorý má neplatný certifikát v oblasti metrologie.

4.) Kontroly v oblastiach, kde sa meranie nevykonáva určeným meradlom, ale povinne kalibrovaným meradlom, teplomery a vlhkomery používané pri uskladnení potravín v zariadeniach spoločného stravovania a obchodoch:

- nepoužívanie povinne kalibrovaných meradiel,
- používanie povinne kalibrovaných meradiel bez dokladu o kalibrácii,
- nevedenie evidencie používaných povinne kalibrovaných meradiel,
- kalibrácia v nesprávnom rozsahu.